


تعليم المريض / مقدم الرعاية

# كيف تستخدم مضخة CADD®-Solis VIP

تقدم هذه المعلومات نبذة عن مضخة CADD®-Solis VIP وكيفية استخدامها وفصلها عن القسطرة الوريدية المركزية (CVC).

## نبذة عن مضخة CADD-Solis VIP

مضخة CADD-Solis VIP هي مضخة صغيرة تعمل بالبطاريات. وهي تُستخدم لإمداد الجسم بالسوائل والأدوية والعلاج الكيماوي عن طريق الأوردة (انظر الشكل 1).



الشكل 1. مضخة CADD-Solis VIP

تتصل مضخة CADD-Solis VIP بالقسطرة الوريدية المركزية لديك. هناك 3 أنواع رئيسية من القسطرة الوريدية المركزية:

- قساطر الصدر الأنبوبية.
- القساطر المركزية الطرفية (PICC).



# كيفية فصل مضخة CADD-Solis VIP بعد تسريب الأدوية بخلاف العلاج الكيماوي

اتبع هذه الخطوات لفصل مضخة CADD-Solis VIP.

## استعد

1. نظّف المنطقة المخصصة لإعداد مستلزماتك، مثل طاولة المطبخ. لا تفصل مضخة CADD-Solis VIP في الحمام.
2. اجمع المستلزمات. سيتم إعطاؤك هذه المستلزمات أو يطلبها مقدم الرعاية الصحية. ستحتاج إلى:
  - حاوية بلاستيكية صلبة ذات غطاء محكم، مثل حاوية قهوة بلاستيكية. اكتب "علاج كيماوي" أو "أدوات حادة" على الحاوية.
  - تحقق من أن الحاوية صلبة بما يكفي بحيث لا يمكن للإبر اختراق الجوانب.
  - لا تستخدم الأكياس البلاستيكية أو الورقية أو ورق الحليب.
  - 1 محقنة (10 مل) مملوءة مسبقًا بمحلول ملحي عادي.
  - 1 زوج قفازات طبية.
  - 1 غطاء تطهير (مثل CuroCap®)
  - 2 مسحة كحولية.
  - 1 ضمادة شاش.
3. اضغط على زر "الإيقاف/البدء" على المضخة ثم اضغط "نعم". انزع البطاريات الأربع من المضخة بتدوير القفل الموجود على باب البطارية. يوجد باب البطاريات أعلى المضخة.

## إزالة الأنبوب

4. الخطوة التالية هي إزالة الأنبوب من القسطرة الوريدية المركزية. يتصل الأنبوب بموصل عديم الإبر (يُعرف أحيانًا باسم العصا). وهو الجزء من أنبوب الحقن الوريدي المتصل بالقسطرة الوريدية المركزية.
5. اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين كحوليًا.
  - إذا كنت تغسل يديك بالماء والصابون، بلل يديك واستخدم الصابون. افرك يديك جيدًا معًا

لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما. جفف يديك بمنديل ورقي. واستخدم نفس المنديل لإغلاق الصنبور.

○ إذا كنت تستخدم معقم يدين كحوليًا، فاحرص على أن يغطي يديك بالكامل. افرك يديك معًا حتى يجفًا.

6. ارتدي قفازات.

7. جهِّز محقنة المحلول الملحي. للقيام بذلك:

○ التقط محقنة المحلول الملحي. أمسكها بحيث يتجه الطرف للأعلى.

○ قم بإرخاء الغطاء ولكن لا تنزعه.

○ اضغط على المكبس برفق لإخراج أي هواء من المحقنة.

○ أعد ربط الغطاء بإحكام.

○ ضع المحقنة على منطقة نظيفة.

8. تابع أنبوب مضخة CADD-Solis VIP الشفاف إلى حيث يتصل بالموصل عديم الإبر للقسطرة الوريدية المركزية. اشبك أنبوب المضخة.

9. افتح ضمادة الشاشة. استخدمها للأنبوب مضخة CADD-Solis VIP في عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار) لفصله عن الموصل عديم الإبر.

10. أعد وضع المضخة والأنبوب بداخل حقيبة الظهر التي وردت المضخة وجهاز الحقن بالتسريب فيها. أغلقها بواسطة السحاب.


11. قم بتنظيف الموصل عديم الإبر بالضمادة الكحولية لمدة 15 ثانية. اتركها تجف لمدة 15 ثانية.

12. انزع غطاء محقنة المحلول الملحي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

13. أدخل المحقنة في الموصل عديم الإبر واضغط عليها مع تدويرها في اتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين).

## شطف القسطرة

14. اشطف القسطرة بمقدار 10 مل من المحلول الملحي. اضغط لضخ 1 مل في كل مرة مع التوقف لمدة قصيرة بين مرات الضخ.



الشكل 2. مشبك مغلق

15. أغلق مشبك القسطرة الوريدية المركزية (انظر الشكل 2).

16. قم بلف المحقنة الفارغة عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالتها من الموصل عديم الإبر.

## التنظيف

17. افتح غطاء التعقيم. ضعه على الموصل عديم الإبر بالضغط عليه بقوة لإدخاله ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة.

18. ضع جميع المستلزمات المستخدمة بداخل الحاوية البلاستيكية وأغلقها بالغطاء. إذا كنت أيضًا بصدد إغلاق المنفذ الوريدي المغروس الآن، اقرأ كيفية نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس ([www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-to-take-needle-out-of-your-implanted-port](http://www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-to-take-needle-out-of-your-implanted-port)). يمكنك الاحتفاظ بنفس القفازات خلال عملية الشطف.

تذكر إحضار جميع مستلزماتك خلال الزيارة التالية. وهي تشمل حقيبة الظهر ومضخة CADD-Solis VIP والأنبوب.

## فصل مضخة CADD-Solis VIP بعد التسريب الوريدي للعلاج الكيماوي

اتبع هذه الخطوات لفصل مضخة CADD-Solis VIP الخاصة بالتسريب الوريدي للعلاج الكيماوي.

## استعد

1. نظّف المنطقة المخصصة لإعداد مستلزماتك، مثل طاولة المطبخ. لا تفصل مضخة CADD-Solis VIP في الحمام.
2. اجمع المستلزمات. سيتم إعطاؤك هذه المستلزمات أو يطلبها مقدم الرعاية الصحية. ستحتاج إلى:

- حاوية بلاستيكية صلبة ذات غطاء محكم، مثل حاوية قهوة بلاستيكية. اكتب "علاج كيماوي" على الحاوية.
- تحقق من أن الحاوية صلبة بما يكفي بحيث لا يمكن للإبر اختراق الجوانب.
- لا تستخدم الأكياس البلاستيكية أو الورقية أو ورق الحليب.
- 1 محقنة (10 مل) مملوءة مسبقًا بمحلول ملحي عادي.
- 1 جهاز نظام مغلق Equishield مزود بموصل أنثى (للمرضى الأطفال).
- 1 زوج قفازات طبية.
- 2 مسحة كحولية.
- 1 ضمادة شاش.
- 3. اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين كحوليًا.
- إذا كنت تغسل يديك بالماء والصابون، بلل يديك واستخدم الصابون. افرك يديك جيدًا معًا لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما. جفف يديك بمنديل ورقي. واستخدم نفس المنديل لإغلاق الصنبور.
- إذا كنت تستخدم معقم يدين كحوليًا، فاحرص على أن يغطي يديك بالكامل. افرك يديك معًا حتى يجفًا.
- 4. ارتدي قفازات.
- 5. جهِّز محقنة المحلول الملحي. للقيام بذلك:
  - التقط محقنة المحلول الملحي. أمسكها بحيث يتجه الطرف للأعلى.
  - قم بإرخاء الغطاء ولكن لا تنزعه.
  - اضغط على المكبس برفق لإخراج أي هواء من المحقنة.
  - أعد ربط الغطاء بإحكام.
  - ضع المحقنة على منطقة نظيفة.
- 6. إذا لم تكن طفلًا مريضًا، فتابع إلى الخطوة 7.
- إذا كنت طفلًا مريضًا، فسيتم تركيب نظام مغلق Equishield كامل مزود بموصلين ذكر وأنثى. اتبع هذه الخطوات لإعداد محقنة المحلول الملحي وموصل Equashield. ثم تابع إلى الخطوة 7.
- افتح موصل المحلول الأنثى Equishield مع تركه بداخل العبوة.

- التقط محقنة المحلول الملحي. أمسكها بحيث يتجه الطرف للأعلى.
  - قم بإرخاء الغطاء ولكن لا تنزعه.
  - اضغط على المكبس برفق لإخراج أي هواء من المحقنة.
  - انزع الغطاء.
  - وُصِّل محقنة المحلول الملحي بموصل Equashield. للقيام بذلك، ضع الطرف بداخل وصلة قفل لور وأدره في اتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين) حتى يثبت في موضعه.
  - ضع المحقنة على منطقة نظيفة.
7. تابع أنبوب مضخة CADD-Solis VIP الشفاف إلى حيث يتصل بالموصل عديم الإبر للقسطرة الوريدية المركزية.
- إذا كنت طفلاً مريضاً، فاتبع الخطوات الواردة هنا ثم تابع إلى الخطوة 8:
  - افصل الموصل الأنثى من الموصل الذكر بالضغط على اللسان الأحمر والأبيض للداخل. اسحب الموصلين لفصلهما عن بعضهما البعض.
  - وُصِّل محقنة المحلول الملحي (المتصلة بالموصل الأنثى) بالقسطرة الوريدية المركزية. يتم ذلك عبر مطابقة الأشربة الحمراء على الموصل الأنثى بالأشربة الحمراء على الموصل الذكر (اللسان الأحمر والأبيض). اضغط عليهما معاً إلى أن تسمع صوت يدل على اتصالهما بإحكام مع عدم القدرة على فصلهما دون الضغط على اللسان.

## شطف القسطرة

8. اشطف القسطرة بمقدار 10 مل من المحلول الملحي. اضغط لضخ 1 مل في كل مرة مع التوقف لمدة قصيرة بين مرات الضخ.
9. أغلق المشبك الثاني (الأقرب إلى جسمك) حتى يُطبق على الأنبوب الشفاف.
10. قم بلف المحقنة الفارغة عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار) لإزالتها من الموصل عديم الإبر.
- إذا كنت طفلاً مريضاً، فقم بلف أجهزة النظام المغلق Equishield في عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالتها من الموصل عديم الإبر.
  - سيظل الموصل عديم الإبر متصلاً بالقسطرة الوريدية المركزية. انزع الموصل الذكر والموصل الأنثى والمحقنة جميعاً. عند الانتهاء من ذلك، تابع إلى الخطوة 11.

## التنظيف

11. افتح غطاء التعقيم. ضعه على الموصل عديم الإبر بالضغط عليه بقوة لإدخاله ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة.

12. ضع جميع المستلزمات المستخدمة بداخل الحاوية البلاستيكية وأغلقها بالغطاء. إذا كنت أيضًا بصدد إغلاق المنفذ الوريدي المغروس الآن، اقرأ كيفية نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس ([www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-to-take-needle-out-of-your-implanted-port](http://www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-to-take-needle-out-of-your-implanted-port)). يمكنك الاحتفاظ بنفس القفازات خلال عملية الشطف.

تذكر إحضار جميع مستلزماتك خلال الزيارة التالية. وهي تشمل حقيبة الظهر ومضخة CADD-Solis VIP والأنبوب.

## معلومات الاتصال

خدمة الأطفال: إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية مباشرة. يمكنك التواصل مع أحد أعضاء الفريق أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحًا إلى 7 مساءً. وبعد الساعة 7 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، اتصل بالرقم 212-639-2000. واطلب التحدث إلى طبيب الأطفال المناوب لطبيبك. اتصل بخدمة InfuSystem على رقم 3287-315-800 لطرح أي استفسارات بشأن المضخة.

خدمة البالغين: إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية مباشرة. يمكنك التواصل مع أحد أعضاء الفريق أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً. وبعد الساعة 5 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، اتصل بالرقم 212-639-2000. واطلب التحدث إلى الطبيب المناوب لطبيبك. اتصل بخدمة InfuSystem على رقم 3287-315-800 لطرح أي استفسارات بشأن المضخة.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

How to Use Your CADD®-Solis VIP Pump - Last updated on July 21, 2023  
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان